技术资料

9230 小型镓点复现/保存装置

主要特性

- 镓维护炉。
- 温坪持续时间长达一周。
- 用户友好的自动复现编程。

产品概述: 9230 小型镓点复现/保存装置

新款 9230 镓维护系统与福禄克公司计量校准部的 5943 型不锈钢镓容器配合使用，以提供持续一周的熔化温坪时间，最终将达到在福禄克公司计量校准部恒温槽内可实现的结果。不是一天。也不是一天半。而是一周。

5943 型不锈钢镓容器容纳了纯度达 99.99999% 以上的镓样本。镓被密封在高纯度氩气的 Teflon 封壳内，而封壳本身则被密封在不锈钢壳内。此双密封法减少了外界物质渗入镓样本内的情况，并确保容器具有十年或以上的使用寿命。

产品规格: 9230 小型镓点复现/保存装置

型号

9230

镓容器复现/保存装置

5943

镓容器，金属壳

1904-Ga

获得认证的容器间对比校准，镓

https://test.yed.njzhouji.com/product/过程校准及检测工具/temperature-calibration/its-90-temperature-standards/9230

Fluke. *让您的工作畅通无阻。*

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435
北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电话：400-615-1563
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点 电话：0755-86337229

©2025 福禄克公司
08/2025

未经许可，本文档禁止修改

https://test.yed.njzhouji.com/product/过程校准及检测工具/temperature-calibration/its-90-temperature-standards/9230